

撰写时间

2.5.1 由于医学检验专业本科生实习计划中没有专门安排毕业论文设计、撰写时间,毕业论文都是在实习过程中完成。经过多年的带教实践,本科室在毕业实习计划中安排了 4~6 周为毕业论文设计、撰写时间。虽然时间不长,但有利于提高毕业论文的质量,也为毕业论文的可持续发展提供了保障。

2.5.2 进一步提高教师、学生和管理人员对毕业论文重要性的认识,使大家充分认识到毕业论文是人才培养的重要组成部分,它的实践性和综合性是其他教学环节所不能取代的。在提高认识的基础上,认真处理好毕业论文与就业、考研等的关系,合理安排各项工作,适当延长科研周期和撰写时间,做到主次分明,统筹安排。

3 结 语

毕业论文是检验学生理论学习与实践结合以及科研能力培养的重要阶段,是对毕业生科研思维和能力的综合训练。针对当前本院毕业论文工作中存在的问题以及高校教育发展的要求,开展毕业论文工作改革,努力提高毕业论文的质量,应成为实习带教工作的重点。

检验科试剂与仪器的管理

吕云岗(内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院检验科 017000)

【关键词】 试剂; 仪器; 管理; 检验科

DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2012.21.069 文献标志码:C 文章编号:1672-9455(2012)21-2772-01

临床检验随着卫生事业的不断发展,其诊断试剂和检验仪器也在不断进行更新换代,其发展速度是过去几十年所无法相比的^[1]。尤其是各医院都引进了国外的先进仪器和设备,试剂也比过去先进了,大部分以成套的试剂盒代替了过去的试剂^[2]。

为了更好地使这些仪器发挥更大的作用,延长使用年限,试剂能有效地被使用,这样就给检验工作者提出了一个新的问题,对这些试剂和仪器如何进行管理。

对试剂来说,目前大多数试验项目都有成套的试剂盒,而且有些试验项目是以酶法进行测定。如果保管不好,试剂就要失效。管理不好,就要造成浪费。为了避免这方面的问题。本科室的做法是根据工作量的需要随时采购试剂。需要冷藏的试剂要放入冰箱进行保存。同时要建立入、出库制度,要专人负责进行保管。对于效期短的试剂要先用。对于超过效期不长的试剂要先用效期内的试剂进行比较后方可使用。这样做可减少不必要的浪费。

对于科内仪器也同样采取了专人负责保管制度。每台仪器贴上标签,注明保管人,使用人^[3],并建立了医疗仪器使用保养记录簿。每周记录一次使用保养情况,出现故障及时维修并详细做好记录。另外,对于大型医疗仪器的使用次数和工作人次,收入金额也做了记载。这样对该仪器的经济效益也可心中有数了。

根据上述做法本科室规定了以下 5 条作为医疗设备的使用管理制度:(1)使用人员应先进行培训,然后进行操作;(2)对

参考文献

- [1] 郑楚,杨冬业.医学生毕业论文(设计)质量管理探索与实践[J].中国高等医学教育,2006,21(3):41-42.
- [2] 李长勤,王君林,王维涛,等.医学毕业论文的实践与研究[J].中国高等医学教育,2006,21(7):49-50.
- [3] 王国志.大学生毕业论文质量下滑的成因和对策[J].中国成人教育,2006,10(1):37-38.
- [4] 黄镇根.对我校本科生毕业论文教学的思考[J].丽水师范专科学校学报,2003,25(1):92-95.
- [5] 蒋雯雯,刘忠秀,汤治元,等.医学生毕业论文指导与管理相关问题的分析与思考[J].中国高等医学教育,2006,26(4):40-41.
- [6] 张良吉,许亮文,李宇阳,等.关于提高本科生毕业论文(设计)质量的若干思考[J].中国高等医学教育,2007,26(3):56-57.

(收稿日期:2012-06-27)

仪器要专人管理、专人使用,使用人员要有责任心^[4];(3)严格按照操作规程使用,如遇故障,要及时报告科主任或医疗设备科,不得随便自行拆卸;(4)医疗设备存放和使用环境应保持干燥、清洁,避免阳光直射^[5];(5)提高仪器使用率并做好成本效益分析,做好使用记录^[6]。

几年来本科室一直按上述方法对试剂和仪器进行管理,因此没有造成试剂浪费,仪器也一直处于良好状态。

参考文献

- [1] 张国伟.试剂管理在独立医学实验室中的应用[J].现代检验医学杂志,2009,24(6):144.
- [2] 徐育军.实验室体外诊断试剂的管理[J].中华医院管理杂志,2004,20(增刊):109.
- [3] 温艳平.检验科仪器维修保养的新模式[J].医疗卫生装备,2008,29(7):93-94.
- [4] 常晓毅,李万舟.医院医疗仪器管理新思路[J].中国医疗设备,2011,26(5):47-48.
- [5] 梁之启.医学仪器使用管理的几个误区[J].中国医疗设备,2008,23(1):81-82.
- [6] 孙媛,张西亚.实验室信息管理系统的应用[J].中国医疗设备,2011,26(1):81-82.

(收稿日期:2012-06-24)